



MOP-FLOW



VOL 7 ml / m (40°C)

DE | Infusionsgerät für Druckinfusionen mit kompatiblen Pumpen. Zur einmaligen Verwendung. Steril, pyrogenfrei. Nicht verwendbar, wenn Schutzkappen abgefallen oder gelockert sind. Anwendung nur durch medizinisches Personal. Infektionsgefahr bei Wiederverwendung. Kein Hausmüll.

Entspricht DIN EN ISO 8536-8

EN | Infusion set pressure infusions with compatible pumps. For single use. Sterile, pyrogen-free. Not to be used if protective caps have fallen off or been removed. Use by medical personnel only. Risk of infection if reused. No household waste.

Complies with DIN EN ISO 8536-8

FR | Dispositif de perfusion par et les perfusions sous pression avec des pompes compatibles. À usage unique. Stérile, sans pyrogène. Ne pas utiliser si les bouchons de protection sont tombés ou se sont détachés. Utilisation par le personnel médical uniquement. Risque d'infection en cas de réutilisation. Pas de déchets ménagers.

Conforme à la norme DIN EN ISO 8536-8

ES | Dispositivo de infusión para infusiones a presión con bombas compatibles. Un solo uso. Estéril, sin pirógenos. No debe utilizarse si las tapas protectoras se han caído o se han aflojado. Uso exclusivo del personal médico. Riesgo de infección si se reutiliza. No hay residuos domésticos.

Cumple con la norma DIN EN ISO 8536-8

IT | Dispositivo di infusione per infusioni a pressione con pompe compatibili. Per uso singolo. Sterile, senza pirogeni. Da non utilizzare se i cappucci di protezione sono caduti o si sono allentati. Uso solo da parte di personale medico. Rischio di infezione se riutilizzato. Niente rifiuti domestici. **Conforme a DIN EN ISO 8536-8**

GA MOP-FLOW P S 030321

Änd. Datum:

Дата останнього перегляду інструкції:

2021/03/03 - Änd. Stand: 02

RU | Инфузионное устройство для инфузий под давлением с совместимыми насосами. Только для одноразового использования. Стерильно, апирогенно. Запрещается использовать в случаях, когда любая часть устройства отсоединена, загрязнена или повреждена. Используется только медицинским персоналом. Риск заражения в случае повторного использования. Утилизировать соответствующим образом. **Соответствует DIN EN ISO 8536-8**

UA | Інфузійний пристрій інфузій під тиском з сумісними насосами. Тільки для одноразового використання. Стерильно, апірогенно. Забороняється використовувати у випадках, коли будь-яка частина пристрою від'єднана, забруднена або пошкоджена. Використовується тільки медичним персоналом. Ризик зараження в разі повторного використання. Утилізувати відповідним чином. **Відповідає DIN EN ISO 8536-8**

ОРИПЛАСТ ГмБХ

Германнштрассе 150 • 66538 Нойнкірхен • Німеччина

Уповноважений Представник на території України:

ТОВ «СФ Медікал Продактс» • Україна • 03151 • м. Київ

вул. Волинська • 67



UA.TR.116



Ознайомлення з інструкціями
для застосування!



Використати до...



Номер за каталогом



Стерилізовано
етиленоксидом



Не використовувати повторно



Виробник



Не використовувати у разі
пошкодженої упаковки



Без пірогену




Номер партії



Без латексу



Дата виробництва



Oriplast GmbH

Hermannstrasse 150 • 66538 Neunkirchen • Germany

Phone +49 (0) 6821 / 80 47 • Fax +49 (0) 6821 / 82 61

info@oriplast.de • www.oriplast.de

