

Schleimabsauger

Gebrauchsanweisung

	<p>VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN: DIE NICHTBEFOLGUNG SPEZIFISCHER ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN KÖNNEN ZU KOMPLIKATIONEN DER PROZEDUR FÜHREN. ES IST EINE ASEPTISCHE TECHNIK ERFORDERLICH.</p>
ANWENDUNG	<p>Absaugung von Mucus und Sammeln von Sekret für Laboruntersuchungen.</p> <p>Steriles Medizinprodukt zur nasalen / oralen und trachealen Anwendung.</p>
Anwendungsgebiete	<p>Notfallmedizin, Innere Medizin, Pädiatrie, Neonatologie, u.a.</p>
Indikationen	<p>Durch Schleim-, Sekret-, Fruchtwasser o.ä. verlegte Atemwege.</p>
Anwendung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nehmen Sie den Trichter in den Mund. 2. Das andere Ende des Schlauches wird in den Mund / den Hals / die Nase gesteckt. 3. Danach müssen Sie saugen. 4. Die Saugleistung wird durch das Ansaugen über den Mund gesteuert. <p>Die Oriplast Schleimabsauger dienen somit zur manuellen und schonenden Absaugung.</p>
Anwendungshinweise:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Verpackung auf Unversehrtheit und gültige Haltbarkeit. Zum Zwecke der sicheren Verwendung des Produkts (Verhinderung der Fremdkörperaspiration), NICHT VERWENDEN, wenn die Primärverpackung beschädigt ist, Fremdstoffe bzw. Fremdkörper enthalten. Entnehmen Sie danach unter aseptischen Bedingungen den Sauger aus der Verpackung. 2. Das Medizinprodukt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht erneut sterilisiert werden. Der Schleimabsauger muss nach erstmaliger Verwendung entsorgt werden. Der Hersteller

	übernimmt keine Verantwortung für direkte Neben- und Folgeschäden, die aus einer Wiederverwendung resultieren.
--	--

Klinischer Nutzen	Ermöglicht die schnellstmögliche Freimachung der verlegten Atemwege durch Schleim-, Sekret-, Fruchtwasser o.ä. um eine ausreichende Oxygenierung zu gewährleisten.
--------------------------	--

KONTRAINDIKATIONEN	Das Medizinprodukt darf nur im festgelegten Anwendungsbereich verwendet werden.
---------------------------	---

Warnhinweise	<ol style="list-style-type: none">1. Das Medizinprodukt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.2. Das Medizinprodukt darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung des Medizinproduktes kann zu möglicherweise ernsthaften Infektionen, Kreuzkontaminationen, Übertragung von Bakterien, Viren, sowie Einschränkungen von Leistungs- und Funktionsparametern führen.3. Überzeugen Sie sich vor Verwendung von der Unversehrtheit des Medizinproduktes und der Verpackung.4. Lesen Sie vor Verwendung die Gebrauchsanweisung.5. Überprüfen Sie die gültige Haltbarkeit.6. Das Medizinprodukt darf nur gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden.7. Verwenden Sie das Medizinprodukt unmittelbar nach Öffnung der Verpackung.8. Das Medizinprodukt darf nur durch Ärzte und geschultes medizinisches Personal verwendet werden.9. Gesundheitsfachkräfte sollten sich an etablierte Protokolle und Richtlinien für die ordnungsgemäße Sammlung, Handhabung und Analyse von Atemwegsproben unter Verwendung steriler Schleimextraktoren halten.
---------------------	--

Hinweise zur Lagerung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Medizinprodukt ist in kühlen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur von +5 °C bis +40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80% zu lagern. 2. ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Überschreitung der empfohlenen maximalen Lagertemperatur von 40 °C kann zu einer Beeinträchtigung des Produktes führen.
------------------------------	--

Hinweis zur Entsorgung	Benutztes Produkt kontaminationsgerecht entsorgen.
-------------------------------	--

Zusätzliche Medizinprodukte-information	Europäische Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745				
		+5 °C  +40 °C			STERILE EO
					
		CE 0297			

Bitte alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!